

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Name and address of the Applicant

Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Rating and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Type of manufacturer's Testing Laboratories used

Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.

Réf. de type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC

Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

National differences / Comments

Les différences nationales / Commentaires

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat

Cluster Station

Illumina Inc.
25861 Industrial Blvd.
Hayward, CA 94545
United States of AmericaIllumina Inc.
25861 Industrial Blvd.
Hayward, CA 94545
United States of AmericaParamit
18735 Madrone Parkway, Morgan Hill, CA 95037
United States of America

100-240Vac, 50/60Hz, 500W

Illumina

cBot

M2: Added alternate components and corrected typographical error in Table 3 of report. Illumina removed as factory. A1: Added alternate factory. M1: Replaced Thermal Fuse. Original certificate dated September 1, 2009.

61010-1(ed.2)

AU, CA, NZ, US

3183318MPK-003

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Intertek Testing Services, N.A.
165 Main Street, Cortland, NY 13045, USA

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

