

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
Produit

Genome Analyzer

Name and address of the Applicant  
Nom et adresse du demandeurIllumina Inc.  
25861 Industrial Blvd.,  
Hayward, CA 94545  
United States of AmericaName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantIllumina Inc.  
25861 Industrial Blvd.,  
Hayward, CA 94545  
United States of AmericaName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineIllumina Inc.  
25861 Industrial Blvd.,  
Hayward, CA 94545  
United States of AmericaRating and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

100-240Vac, 50/60Hz, 900W

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Illumina

Type of manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme de laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.  
Réf. de type

HiSeq 2000, HiSeq 1000

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur  
la 2ème page)M1: Added a new model, HiSeq 1000. Added an alternative coolant pump  
motor, model RD-05V24-10. Changed the Kloehn, Syringe pump, model V6  
Multichannel 55 series, from quantity 2 to quantity 1. Removed the ThorLabs  
Laser, model LPS-PM830-FC component. Original certificate dated February  
19, 2010.A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC  
Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI61010-1(ed.2)  
61010-2-010(ed.2)National differences / Comments  
Les différences nationales / Commentaires

AU, CA, NZ, US

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate  
Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue  
partie de ce certificat

3195010MPK-003, 3195010MPK-005

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Intertek Testing Services, N.A.  
165 Main Street, Cortland, NY 13045, USA