

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Analysis Equipment
(DNA Analyzer)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Illumina Inc.
9885 Towne Centre Drive
San Diego CA 92121, USA

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Illumina Inc., 9885 Towne Centre Drive, San Diego CA 92121,
USA

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Illumina Singapore Pte Ltd., North Tech Lobby 3 #02-13/18, 29
Woodlands Industrial park E1, Singapore 757716, SINGAPORE

Rating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Input Voltage: 100-120/200-240 VAC
Input Frequency: 50/60 Hz
Input Power: 360 VA
Protection Class: I
Laser Class: Class 1
Temperature, Ambient: 30°C maximum

Trade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

illumina

Model/type Ref.
Ref. de type

SY-101-1001, SY-101-1002

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 61010-1:2001
IEC 60825-1:2007

as shown in the Test Report Ref. No.
which form part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificat

095-802279-300

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

Date, 2011-03-21
CB 11 03 66290 007

William A Wenthold

William Wenthold



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service